



INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY IN WARSAW

CENTRE OF EXCELLENCE IN MOLECULAR BIO-MEDICINE

Warszawa, dn. 02.12.2011

ADZ-23-29(1352)/2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
wyposażenia stanowiska do hodowli ryb *Danio rerio*
Znak sprawy ADZ-23-29/2011**

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 30 listopada i 1 grudnia 2011 r. w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela poniższych wyjaśnień:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści centralną jednostkę filtrującą o wymiarach 2,10 x 1,0 x 2,2 m (Długość x Szerokość x Wysokość)?
2. By mieć możliwość złożenia oferty na funkcjonalny projekt systemu, chciałbym zapytać czy jest możliwość dostosowania żądanych 5 regałów połączonych z centralną jednostką filtrującą. To co chciałbym zaoferować to jeden pojedynczy regał i dwa „podwójne regały”.
3. W punkcie 3e opisu przedmiotu zamówienia (pkt III SIWZ) wspomniane jest, że oferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE. W naszym przypadku system jako całość nie jest oznaczony znakiem CE ale oznaczone są jego części elektryczne. Wszystkie pompy, światła UV-C etc. są oznaczone znakiem CE producenta. Czy jest to problem, który dyskwalifikuje naszą ofertę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1:

- **TAK**, Zamawiający dopuszcza centralną jednostkę filtrującą o wymiarach 2,10 x 1,0 x 2,2 m (Długość x Szerokość x Wysokość).

Ad. 2:

- **TAK**, Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostosowaniu wymaganych 5 regałów połączonych z centralną jednostką filtrującą jako jeden pojedynczy regał i dwa „podwójne regały”, ale jedynie pod warunkiem, że nie wpłynie to na końcową pojemność regałów, oraz że wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące cech regałów określone w SIWZ pkt III wersja 1 pkt 1, pkt 3, pkt.9-12 oraz pkt III wersja 2 pkt 1, pkt 3-7 pozostaną spełnione.

Ad. 3:

- Zamawiający akceptuje oznaczenie znakiem CE producentów poszczególnych elementów systemu..

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.