



INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY IN WARSAW

CENTRE OF EXCELLENCE IN MOLECULAR BIO-MEDICINE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy ADZ-23-05/2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego**, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)

Warszawa, dn. 20.02.2012

I. ZAMAWIAJĄCY

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel.:(+48 22) 59 70 700, fax: (+48 22) 59 70 715,
www.iimcb.gov.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie.**

CPV: 38.51.00.00-3 (Mikroskopy)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie mikroskopu stereoskopowego z oświetleniem fluorescencyjnym, oświetleniem przechodzącym jasnego i ciemnego pola, oświetleniem epi-typu „gęsia szyja”, kolorową kamerą z chłodzeniem oraz mikromanipulatorem, a także stacjonarny komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem do obsługi stereoskopu i kamery, do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie wraz ze szkoleniem użytkowników.
2. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem wymaganych parametrów technicznych zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia:
 - a) Długość gwarancji na wszystkie komponenty stereoskopu, kamerę i mikromanipulator: co najmniej 12 miesięcy liczona od daty instalacji,
 - b) Długość gwarancji na komputer, monitor i oprogramowanie: 36 miesięcy,
 - c) Autoryzowany przez producenta sprzętu serwis gwarancyjny o warunkach opisanych w załączniku nr 6 SIWZ – Projekt umowy,
 - d) Instrukcje obsługi w języku polskim lub/i angielskim – załączone do dostarczonego sprzętu,
 - e) Oryginalne katalogi producenta (dokumentacja techniczna) zawierające szczegółowe opisy parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający dopuszcza wydruki ze stron internetowych producenta),
 - f) Oznaczenie znakiem CE „deklaracja zgodności” – lub innym równoważnym dokumentem, wydawanym przedmiotem uprawniony do kontroli jakości, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie na terytorium EU przepisami.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa przedmiotu umowy w terminie do 27 kwietnia 2012, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie użytkowników nie później niż do 30 października 2012.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ICH OCENY

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy mikroskopów fluorescencyjnych wraz z ich uruchomieniem, o wartości pojedynczego mikroskopu co najmniej odpowiadającej wartości netto zamówienia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VIII.1 SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

VII. FORMALNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. Zgodnie z art. 24 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) Wykonawców, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspólnicy w spółce jawnej, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych);
 - 5) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - 6) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- 7) Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 8) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 9) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VIII. 2. SIWZ.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć:**
 - 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy Pzp (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ);
 - 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ);
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć:**
 - 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ);
 - 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3. **W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do ofert należy dołączyć:**
 - 1) Opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ);
4. **Pozostałe oświadczenia/dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:**
 - 1) Dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu (oryginalny katalog), potwierdzająca posiadanie zadeklarowanych w załączniku nr 2 do SIWZ parametrów technicznych,
 - 2) Dokument autoryzacji serwisu wystawiony przez producenta sprzętu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VIII. 2 ppkt. 2-3) składa następujące dokumenty:

- 1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
- 2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1-2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju.

IX. FORMA DOKUMENTÓW

1. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w języku angielskim).
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ona być potwierdzona przez osobę udzielającą pełnomocnictwa „za zgodność z oryginałem”.
5. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt. 1-3 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
6. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 2 składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1 oraz dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia a także potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, będą oceniane łącznie.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą pisemnie.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane z pomocą faksu, pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze Stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
3. Korespondencję należy oznaczać numerem postępowania i przekazywać:
 - a) pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl;
 - b) faksem na numer (+48 22) 59 70 715;
 - c) pisemną, na adres Zamawiającego – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 - w sprawach merytorycznych – dr Tomasz Węgierski – tel. (+48 22) 59 70 763
 - w sprawach formalnych – mgr inż. Agnieszka Karbowska – tel. (+48 22) 59 70 703

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Zamawiający dopuszcza załączenie katalogów, folderów oferowanego sprzętu w języku angielskim.
3. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy składania ofert.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia i inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym wraz przepisami prawa.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają przedłożenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

7. Wykonawca może zastrzec poufność części oferty, która zawiera informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Zastrzeżoną część oferty zaleca się umieścić w odrębnej kopercie ze stosownym opisem „*Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa*”
9. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w sposób trwały.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej następujące oznaczenia:
„*Znak sprawy: ADZ-23-05/2012*
Oferta przetargowa na dostawę fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem”
oraz nazwę i adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek D, Sekretariat, pok. 004).
2. Termin składania ofert upływa dnia **5 marca 2012 roku o godzinie 11:00**.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi **5 marca 2012 o godzinie 11:30**, w Sali 003 w siedzibie Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 Zamawiający prześle Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. w szczególności podatek od towarów i usług, cło, koszty odprawy celnej, koszty dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz koszty szkolenia i niezbędnych ubezpieczeń.
3. Oferta musi zawierać cenę netto, cenę brutto za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem VAT.
4. Ceny podane w formularzu powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie Rzeczypospolitej Polskiej (PLN).
6. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do ceny oferty podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi wraz ewentualne cło.

7. W przypadku złożenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na mocy art. 87 ust.2 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, oferta taka zostanie odrzucona.

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert na podstawie spełniania opisanych w SIWZ warunków.
2. Oferty wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następującego kryterium:

Cena oferty brutto 100%

3. **Kryterium – Cena oferty brutto**

Punktacja za cenę oferty obliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie odrzucenia,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy przypadku:

- a) gdy zaistnieją zdarzenia losowe o charakterze siły wyższej, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia – w umowie może zostać odpowiednio zmieniony termin realizacji (po uzgodnieniach między stronami);
- b) w przypadku zaistnienia uzasadnionych konieczności zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją umowy, których brak uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie zamówienia – dopuszczalna jest zmiana stosownych warunków umowy (po uzgodnieniach między stronami).

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (po wzgl. nowelizacji z 7 kwietnia 2006r) przysługują środki odwoławcze przewidziane ww. ustawą.

XX. INNE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Parametry techniczne

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Zatwierdził:

.....
*Data i podpis Kierownika
Jednostki*

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:.....

ADRES:.....

NIP:

Telefon:..... Fax.....

E-mail:

Osoba kontaktowa:.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **mikroskopu fluorescencyjnego stereoskopowego** nr sprawy ADZ-23-05/2012 składamy niniejszą ofertę:

1. Cena oferty (bez podatku VAT): PLN
(słownie w PLN :)

Podatek VAT (....%) :

Cena oferty (z podatkiem VAT) : PLN
(słownie w PLN :)

2. Termin wykonania zamówienia publicznego:

3. Okres gwarancji:miesiące na wszystkie komponenty stereoskopu wraz z kamerą i mikromanipulatorem oraz miesiące na komputer, monitor i oprogramowanie.

4. Warunki płatności:dni od daty otrzymania faktury.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni.

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. Spis dokumentów składających się na ofertę:

1) Formularz oferty,

2) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia,

3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wraz z załączonym:

a. dokumentem dopuszczającym wykonawcę do obrotu

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

5) Wykaz dostaw wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie,

6) Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego

7) Dokument autoryzacji dla serwisu,

- 8) Katalog/dokumentacja techniczna ,
- 9) Oznaczenie zgodności CE/ inny dokument (wymienić)
- 10) Inne

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
*Podpis osoby upoważnionej
ze strony Wykonawcy*

Nr sprawy ADZ-23-05/2012

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i szkolenie w zakresie użytkowania mikroskopu stereoskopowego z oświetleniem fluorescencyjnym, oświetleniem przechodzącym jasnego i ciemnego pola, oświetleniem epi- typu „gęsia szyja”, kolorową kamerą z chłodzeniem oraz mikromanipulatorem, a także stacjonarny komputer wraz z monitorem i oprogramowaniem do obsługi stereoskopu i kamery.

LP.	PARAMETR/CECHA	WYMOGI (TAK/NIE)	PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS)
WYMAGANIA MINIMALNE (TABELA A)			
I.	Mikroskop fluorescencyjny stereoskopowy wraz z wyposażeniem	TAK <i>Podać model i producenta wszystkich komponentów</i>	
PARAMETRY MIKROSKOPU STEREOSKOPOWEGO			
1.	Stereoskop z całkowicie apochromatycznym układem optycznym opartym na pojedynczym obiektywie, zakres zoom mikroskopu 16,5:1 lub większy, możliwość zmiany powiększenia zoom mikroskopu w sposób skokowy i płynny	TAK	
2.	Kolumna stereoskopu do ogniskowania o wysokości min. 60 cm, ze zgrubnym i precyzyjnym pokrętkiem ogniskowania	TAK	
3.	Tubus binokularny ergonomiczny, z regulacją kąta pochylenia w zakresie 10°-50°	TAK	
4.	Okular 16x/15B, 2 szt.	TAK	
5.	Moduł pośredni z bocznym portem dla kamery i możliwością rozdziału światła pomiędzy okulary i kamerę w proporcjach 0/100-50/50-100/0 %	TAK	
6.	Obiektyw video do podłączenia kamery z portem modułu pośredniego, o powiększeniu 0.63x, zapewniający równomierne oświetlenie matrycy kamery, bez winietowania.	TAK	
7.	Obiektyw planapochromatyczny o powiększeniu 1x, rozdzielczości min. 465 l/mm i odległości roboczej min. 60 mm.	TAK	
8.	Powiększenie całkowite min. 192x z możliwością rozbudowy układu optycznego dla uzyskania powiększenia całkowitego min. 960x.	TAK	
9.	Podstawa mikroskopu z oświetleniem przechodzącym jasnego i ciemnego pola z zewnętrznym źródłem światła typu „cold	TAK	

	light”.		
10.	Podstawa mikroskopu wyposażona w ruchomy stolik przedmiotowy, sterowany współosiowymi śrubami mikro- i makrometrycznymi w zakresie 15 ± 0.5 cm x 10 ± 0.5 cm, z wbudowaną płytą szklaną do obserwacji w świetle przechodzącym. Możliwość umieszczenia śrub mikro i makro po lewej lub prawej stronie stolika.	TAK	
11.	Zewnętrzne źródło światła przechodzącego: halogenowe o mocy 150W, wyposażone w elektroniczną regulację intensywności oświetlenia i temperatury barwy oraz mechaniczną regulację intensywności oświetlenia przy stałej temperaturze barwy, pojedyncze gniazdo filtrów, wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o trybie pracy lub temperaturze barwy, połączone z podstawą mikroskopu światłowodem.	TAK	
12.	Oświetlenie epi- z dwuramiennym przewodem oświetlającymi o długości min. 50 cm, temperatura barwy 5600°K, ustawiane niezależnie od statywu mikroskopu ze sterowaniem na elastycznym wysięgniku.	TAK	
13.	Możliwość rozbudowy o zmotoryzowany stolik przedmiotowy, zmotoryzowany zoom, inkubator, rewolwer obiektywowy (kodowany).	TAK	
14.	Przesyłanie parametrów do komputera (kodowanie): wartości zoom, filtry fluorescencyjne, przesłona irysowa.	TAK	
15.	Mikroskop z oddzielną ścieżką oświetlenia fluorescencyjnego (odrębna ścieżka optyczna wzbudzenia) i zewnętrznym źródłem światła.	TAK	
16.	Zewnętrzne źródło światła fluorescencyjnego: z palnikiem metalohalogenkowym o mocy 120W, nie wymagające regulacji ustawień palnika, z przesłoną i regulacją intensywności oświetlenia, połączone z mikroskopem za pomocą światłowodu.	TAK	
17.	Min. 4-pozycyjny zmieniacz filtrów fluorescencyjnych.	TAK	
18.	Dwa zestawy filtrów fluorescencyjnych: 1. wzbudzenie 470/40 nm, emisja 525/50 nm; 2. wzbudzenie 555/25 nm, emisja 610/60 nm;	TAK	
19.	Wbudowane gniazdo USB do komunikacji z komputerem	TAK	
PARAMETRY KAMERY			

20.	Kamera kolorowa z filtrem barwnym RGB (typu Bayer)	TAK	
21.	Możliwość pracy w trybie monochromatycznym	TAK	
22.	Chłodzenie płytką Peltiera	TAK	
23.	Matryca 2/3" CCD	TAK	
24.	Ilość pikseli: 5 Mpikseli	TAK	
25.	Głębina koloru 3x12 bit	TAK	
26.	Konwerter A/D 14 bit	TAK	
27.	Min. zakres czasu ekspozycji 1 ms-600s	TAK	
28.	Zakres dynamiki > 59 dB	TAK	
29.	Prędkość zbierania obrazów, przy pełnej rozdzielczości: ≥ 9 ramek/s	TAK	
30.	Typ połączenia z komputerem FireWire	TAK	
31.	Typ połączenia z mikroskopem C-mount	TAK	
PARAMETRY MIKROMANIPULATORA			
32.	System mocowania na statywie mikroskopu umożliwiający pracę mikromanipulatora w polu widzenia stereoskopu	TAK	
33.	Zakres ruchu zgrubny: X 25 mm, Y 20 mm, Z 25 mm	TAK	
34.	Zakres ruchu precyzyjny: Z 8 mm	TAK	
35.	Pełny obrót gałki 250 μ m	TAK	
36.	Skok 5 μ m	TAK	
37.	Joystick do regulacji ruchu w płaszczyźnie xy	TAK	
38.	Płyta do regulacji wysokości	TAK	
39.	Uchwyt pipety	TAK	
WYMAGANIA MINIMALNE (TABELA B)			
II.	Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem	TAK <i>Podać model i producenta</i>	
PARAMETRY KOMPUTERA I OPROGRAMOWANIA			
1.	Komputer stacjonarny w obudowie typu „wieża” pracujący na systemie operacyjnym Windows 7 Professional w jęz. angielskim, obejmujący wymagane komponenty wymienione w punktach 2-11	TAK	
2.	Procesor min. 2-rdzeniowy, taktowany zegarem o częstotliwości ≥ 3 GHz	TAK	
3.	Dysk twardy o pojemności min. 500 GB	TAK	

4.	Pamięć RAM typu DDR3 min. 4 GB	TAK	
5.	Karta graficzna o pamięci min. 1024 MB	TAK	
6.	Min. 2 wolne gniazda PCI-express	TAK	
7.	Gniazdo D-Sub (wyjście na monitor)	TAK	
8.	Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s	TAK	
9.	Gniazdo RJ-45	TAK	
10.	Port szeregowy RS-232	TAK	
11.	Min. 6 gniazd USB 2.0 lub 3.0	TAK	
12.	Monitor LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu min. 24", o parametrach wymienionych w punktach 13-19	TAK	
13.	Przekątna ekranu 24"	TAK	
14.	Rozdzielczość obrazu 1920x1200 pikseli	TAK	
15.	Odświeżanie 60 Hz	TAK	
16.	Czas reakcji matrycy: ≤ 8 ms	TAK	
17.	Technologia podświetlenia LED	TAK	
18.	Złącze wejściowe D-Sub	TAK	
19.	Regulacja cyfrowa (OSD)	TAK	
20.	Oprogramowanie do sterowania pracą stereoskopu i kamery, o cechach wymienionych w punktach 21-22	TAK	
21.	Oprogramowanie kompatybilne ze stereoskopem i umożliwiające odczyt funkcji kodowanych (wartość zoom, typ filtrów fluorescencyjnych, przesłona irysowa)	TAK	
22.	Oprogramowanie kompatybilne z dostarczoną kamerą i umożliwiające rejestrację, obróbkę i archiwizowanie obrazów mikroskopowych	TAK	
Liczba punktów za parametry minimalne			100 pkt

Niespełnienie wymagań/parametrów określonych w Tabeli A i B „Wymagania minimalne” skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punktacja za wymagania minimalne – 100 pkt.

.....
*Podpis osoby upoważnionej
ze strony Wykonawcy*

.....
pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, znak sprawy **ADZ-23-05/2012**, oświadczamy, że zgodnie z zapisami w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Jesteśmy uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie*/ Podwykonawca uczestniczący w zamówieniu, (nazwa firmy), posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne zobowiązanie w/w podmiotu, że będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia,*
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

.....
data i podpis Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, znak sprawy **ADZ-23-05/2012**, oświadczamy, że zgodnie z zapisami w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:

- nie wyrządziliśmy szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu go nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- nie otwarto naszej likwidacji i nie ogłoszono upadłości*/ nie otwarto naszej likwidacji i ogłoszono naszą upadłość lecz zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*;
- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*/ zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ale uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*;
- nie skazano nas prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspólnicy w spółce jawnej, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych);
- nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności*/ wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania i posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności ale nasz udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, do niniejszego oświadczenia załączamy pisemne szczegółowe uzasadnienie zaistniałej sytuacji;*
- wszystkie składane przez nas informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są prawdziwe.

* niepotrzebne skreślić

.....
data i podpis Wykonawcy

Nr sprawy ADZ-23-05/2012

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia (z VAT) w zł	Termin realizacji (podać miesiąc i rok)
1.				
2.				

Do wykazu zrealizowanych dostaw załączamy dokumenty potwierdzające, że wykonane zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością.

.....
data i podpis Wykonawcy

UMOWA /projekt/

zawarta w dniu roku pomiędzy:

Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4
NIP: 526-22-78-704

reprezentowanym przez:

1. Jacka Kuźnickiego – Dyrektora Instytutu,
2. Hannę Iwaniukowicz – Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą

z siedzibą w

NIP:

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej „Wykonawcą.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ADZ-23-05/2012 na dostawę fluorescencyjnego mikroskopu stereoskopowego wraz z wyposażeniem, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest
zgodne ze złożoną w ramach procedury przetargowej ofertą.
2. Szczegółowy zakres dostawy i opis urządzenia zawarty jest w SIWZ oraz w ofercie z dnia....., stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. Dostarczenia urządzenia do miejsca uruchomienia w siedzibie Zamawiającego,
 - b. Instalacja i uruchomienie urządzenia,
 - c. Przeprowadzenia przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi (właściwej eksploatacji i konserwacji) w terminie uzgodnionym przez obie Strony.
4. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę w wysokości:
Netto (bez VAT) w wysokości, podatek VAT % w wysokości PLN, brutto (z VAT) w wysokości PLN
(słownie:.....)

§2 Termin wykonania

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, zgodny ze specyfikacją ofertową, do siedziby Zamawiającego w terminie do 27 kwietnia 2012 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy oraz przeszkolenia użytkowników w terminie nie później niż do 30 października 2012 r.
3. Co najmniej na 7 dni przed przewidywanym dostarczeniem przedmiotu umowy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na nr 022 59 70 715 o gotowości dostarczenia urządzenia.

4. Przy dostawie Wykonawca prześle pisemnie ewentualne wymagania techniczne, jakie musi spełniać miejsce instalacji przedmiotu umowy
5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy dokumentację techniczną, instrukcję eksploatacji i obsługi w jęz. polskim i angielskim.
6. Instalacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w ciągu 14 dni od dnia przekazania wniosku Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie Strony, jednak nie później niż do 30 października 2012r.
7. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiła instalacja, tj. uruchomienie, przeprowadzenie testu poprawności działania wszystkich komponentów oraz przeprowadzenie szkolenia, potwierdzone protokołem instalacji przez przedstawiciela Wykonawcy bez zastrzeżeń.

§3 Warunki płatności

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT najwcześniej w dniu zakończenia kompletnej dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez obie Strony.
2. Należność będzie płatna przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od momentu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
3. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym czasie, wykonawca może naliczyć odsetki za zwłokę, natomiast nie może dokonać z tego powodu cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiadają numery identyfikacyjne NIP.

§4 Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca gwarantuje dostawę urządzenia fabrycznie nowego, zgodnego z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, wraz z nowymi, oryginalnymi elementami wyposażenia, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i normami obowiązującymi w Polsce.
2. Wykonawca udzieli miesięcznej gwarancji na wszystkie komponenty stereoskopu, kamerę i mikromanipulator oraz miesięcznej na komputer, monitor i oprogramowanie, nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnianej przez producenta.
3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu instalacji przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Gwarancja obejmuje: zadeklarowane parametry techniczne, oryginalne wyposażenie zastosowanie właściwych wolnych od wad materiałów, solidną i zgodną z przeznaczeniem konstrukcję oraz poprawną pracę urządzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji usunąć na własny koszt usterki, wymienić wadliwe części. W sytuacji, gdy usterka uniemożliwia korzystanie z systemu, w takich przypadkach przedłuża się okres gwarancji na cały system o czas od momentu zgłoszenia usterki do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.
6. Podczas obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) Czas reakcji serwisu celem załatwienia zgłoszenia musi nastąpić w ciągu 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia usterki (wady) zgodnie z treścią pkt. f) poniżej,
 - b) Czas załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego, tj. usunięcia wady fizycznej urządzenia (wymiana) lub jego części (naprawa) lub do dostarczenia nowego urządzenia lub jego części wolnej od wad (wymiana) w terminach:
 - 7 dni – gdy nie ma potrzeby sprowadzania części zamiennych lub sprowadzania nowego urządzenia lub jego części z zagranicy,

- 14 dni – w razie konieczności sprowadzania części zamiennych lub nowych części z zagranicy,
 - 28 dni - w razie konieczności sprowadzania nowego urządzenia z zagranicy.
 - c) W przypadku zaistnienia konieczności naprawy urządzenia lub jego elementów u producenta lub w serwisie, opakowanie i transport nastąpi na koszt Wykonawcy,
 - d) W przypadku przestoju dłuższego niż 14 dni gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju.
 - e) W przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego podzespołu lub wyposażenia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, do wymiany tego podzespołu lub wyposażenia na fabrycznie nowy,
 - f) Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Wykonawcy faksem na nr lub e-mailem na adres:, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na nr faksu Zamawiającego 022 59 70 715 lub e-mail na adres: secretariat@iimcb.gov.pl.
 - g) W przypadku zmiany numeru telefonu lub siedziby, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za dokonane prawidłowo.
7. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny (naprawy, części zamienne, prace konserwacyjne) stereoskopu i kamery przez okres min. 10 lat od daty upływu terminu gwarancji.

§5 Kary umowne

1. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.
 - a) W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy,
2. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 - a) W razie nieterminowej realizacji warunków gwarancyjnych umowy lub innych warunków zapisanych w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy każdorazowo kary umownej w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy. Czas trwania przywrócenia do funkcjonalności urządzenia wyznaczają data pisemnego zgłoszenia i data podpisania protokołu naprawy,
 - b) W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu opóźnienia w zrealizowaniu zobowiązań gwarancyjnych lub innych określonych w umowie, przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
 - c) Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy.
 - d) Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci karę w wysokości 10%.
3. W przypadku, gdy straty przewyższą wartość kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§6 Odstąpienie od umowy

Zamawiający może, bez konsekwencji karnych, odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający zawiadamia o tym

Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: